

SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH

Số: 2509/BVND-VTTBYT  
V/v yêu cầu báo giá VT thay thế,s/c

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 25 tháng 06 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư thay thế, sửa chữa .

Bệnh viện đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: sửa chữa 02 nồi hấp BK75, 02 Máy giặt công nghiệp 55kg khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn và mua van điều chỉnh khí cấp cho máy răng phục vụ chuyên môn khoa Răng Hàm Mặt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
  - 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư- Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
  - 3. Cách tiếp nhận báo giá:
    - Bảng báo giá kèm theo mẫu đính kèm
    - Báo giá nhận qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại: Phòng văn thư- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Địa chỉ: số 2+19, đường Trần Quốc Toàn, P. Năng Tĩnh,TP Nam Định, tỉnh Nam Định.
  - 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 08h ngày 07/07/2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sexkhoong được xem xét.
- 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 07/07/2025..

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- 1. Danh mục cụ thể gồm:

| STT                                                                                                                | Tên hàng hoá              | Hãng/nước sx                                                                                                                                            | Đơn vị | Số lượng |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| I. Nồi hấp BK75 (02 nồi số 2, số 4)                                                                                |                           |                                                                                                                                                         |        |          |
| 1                                                                                                                  | Thay bộ cồng đốt          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động cho nồi hấp BK75</li><li>- Tương thích với thiết bị của Bệnh viện</li></ul> | Bộ     | 02       |
| II. Máy sấy khô công nghiệp Girbau (Model LS-355 SM-E, SN: 653667/09, SN: 653902/18, Hãng SX: Girbau/Tây Ban Nha). |                           |                                                                                                                                                         |        |          |
| 1.                                                                                                                 | Cuốn lại cuộn dây động cơ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động cho máy sấy khô công</li></ul>                                              | Cái    | 01       |

|                                                                               |                                                |                                                           |     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|
| 2                                                                             | Hồng bộ điều khiển van xả đáy                  | nghiệp Girbau<br>- Tương thích với thiết bị của Bệnh viện | Cái | 01 |
| <b>III. Mua mới bộ van điều chỉnh khí cấp cho máy răng lắp tại cơ sở mới.</b> |                                                |                                                           |     |    |
| 1.                                                                            | Bộ van điều chỉnh (ĐK 16mm đầu ra thu ĐK 10mm) | - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động cho máy răng        | Bộ  | 04 |
| 2                                                                             | Bộ van điều chỉnh (ĐK 12mm đầu ra thu ĐK 10mm) | - Tương thích với thiết bị của Bệnh viện                  | Bộ  | 05 |

- Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá.

- Đơn vị tham gia chào hàng chào toàn bộ danh mục hàng hóa tại Khoản 1 Mục II. Biểu mẫu báo giá vận dụng theo Phụ lục đính kèm.

Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc cung cấp thông tin báo của hàng hóa.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Phiếu tiếp nhận (hoặc thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT.
- Giấy tờ chứng minh hàng hóa kèm theo (Nếu có).

3. Địa điểm thực hiện Bệnh viện đa khoa Nam Định.

Bệnh viện đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/ đơn vị./.

Nơi nhận:   
 - Như trên;  
 - Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Thị Kim Yến**



## Phụ lục 1

(Đính kèm công văn số: 2509/BVND-VTTBYT ngày 25/06/2025 của BV ĐK Nam Định)

## BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nam Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Nam Định, chúng tôi .....( ghi tên, địa chỉ....) báo giá cung cấp ..... cho các... ..như sau:

| STT        | Tên hàng hóa/Dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
|------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------|------------|
| 1          |                      |               |            |             |         |            |
| 2          |                      |               |            |             |         |            |
| ....       |                      |               |            |             |         |            |
| Tổng cộng: |                      |               |            |             |         |            |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí.

1. Hàng hóa mới 100%,.....

2. Thời gian giao hàng: .....

3. Báo giá trên có hiệu lực trong vòng..... kể từ ngày.... tháng.... Năm....

4. Thông tin người liên hệ , số điện thoại, địa chỉ Mail ....

5. Chúng tôi cam kết:

- Cam kết thiết bị được thay thế, sửa chữa phải tuân thủ đúng quy định hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Chịu mọi chi phí mua vật tư thay thế thực hiện công việc.

- Cam kết việc thay thế thiết bị, sửa chữa phải đảm bảo không có bất kỳ tác động cơ khí hay một bộ giá đỡ nào làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu của thiết bị trước khi bị hỏng gây bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Thiết bị sau thay thế, sửa chữa phải vận hành ổn định, hoạt động đầy đủ các chức năng, đáp ứng tất cả các chỉ số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn an toàn lao động khi sử dụng

- Không trong quá trình giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp thông tin báo giá của hàng hóa .

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày .....tháng..... năm

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY**