

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc nước RO tại cơ sở mới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư
- Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ số 2 +19, đường Trần Quốc Toản, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- Cách tiếp nhận báo giá:
 - Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống có chức năng này)
 - Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Nam Định, địa chỉ số 2 +19, đường Trần Quốc Toản, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 9 giờ 00 phút ngày 24/07/2025
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 150 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế gồm:

STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống lọc nước RO - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, ISO 9001 và các tiêu chuẩn tương đương khác - Yêu cầu xuất xứ: Việt Nam - Công suất: Sử dụng cho ≥ 20 máy thận nhân tạo * Yêu cầu cấu hình cơ bản tối thiểu: - Máy chính kèm vật tư, phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 hệ thống bao gồm: - Bình lọc đa chất: 01 cái - Bình lọc than hoạt tính: 02 cái - Bình làm mềm: 01 cái - Bồn chứa nước thô dung tích ≥ 1.500 lit: 01 cái - Bồn chứa nước RO dung tích ≥ 1.500 lit: 01 cái - Đèn cực tím: 01 bộ	HT	01

- Bơm tăng áp: 02 cái - Bơm phân phối: 01 cái - Bộ lọc 0.2 μ: 01 bộ - Tủ điều khiển: 01 tủ - Máy rửa quả lọc tự động hai cổng: 02 máy * Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản Chế độ hoạt động: Tự động và thủ công - Tự động: + Điều chỉnh và kiểm soát các thông số cấp nước cho máy thận + Sục rửa hệ thống đường ống cấp nước cho máy thận + Khử khuẩn - Thủ công: Cho phép điều chỉnh độc lập các thông số lưu lượng, độ dẫn, áp lực - Có nút dừng khẩn cấp (reset) - Màn hình cảm ứng chạm: Hiển thị, theo dõi, cài đặt các thông số làm việc. - Điều khiển, giám sát: Bằng phần mềm cài đặt thích hợp trên máy vi tính, Smart Phone (hệ điều hành cơ bản Android hoặc IOS) - Yêu cầu về chất lượng nước RO: Phải đạt tiêu chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn ISO 23500 hoặc ANSI hoặc AAMI hoặc Bộ Y tế hoặc tiêu chuẩn Châu Âu hoặc Hiệp hội lọc máu hoặc Thận học Quốc Tế) có kết quả Phân tích mẫu nước.		
--	--	--

Ghi chú: Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá. Biểu mẫu báo giá vận dụng theo Phụ lục đính kèm. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá

2. Địa điểm bàn giao: Bệnh viện đa khoa Nam Định; Địa chỉ Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian cung cấp lắp đặt: ≤ 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất

5. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./. *HBN*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia;
- Công TTĐT BVĐK tỉnh ND;
- Lưu: VT; VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hà

Phụ lục
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo văn bản số: 69/BVND-VTTBYT ngày 11/7/2025 của BV ĐK Nam Định)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị 1 A. Yêu cầu chung. - Tên thiết bị: - Máy mới 100%, năm sản xuất từ năm 2024 trở về sau - Tiêu chuẩn chất lượng - Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa:, độ ẩm tối đa: B. Chỉ tiêu kỹ thuật * Cấu hình cung cấp: - - * Thông số kỹ thuật - -							
2	Thiết bị 2							
	Tổng cộng: (giá chào đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận							

chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh, bàn giao, bảo hành tại Bệnh viện)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

* Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp**
(Ký, đóng dấu)

