

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH

Số: 3579/BVND-VTTBYT

Về việc mời cung cấp dịch
vụ bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận
nhân tạo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị kỹ thuật có chức năng cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ bảo trì hệ thống thiết bị chạy thận nhân tạo năm 2026 – 2027 của Bệnh viện Đa khoa Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung – Thiên Trường – Ninh Bình.
- Cách tiếp nhận báo giá:

Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung – Thiên Trường – Ninh Bình.

- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 45 phút ngày 31/7/2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá chạy thiết bị chạy thận nhân tạo

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ thực hiện
-----	------------------	------------------	------------	-------------	-------------------

			mỗi thần		
1	Bảo trì máy thận nhân tạo Dialog+/ B.Braun/Đức (13 máy x 4 lần/năm = 52 lần)	- Vệ sinh, kiểm tra toàn bộ hệ thống thủy lực của máy - Vệ sinh, kiểm tra bộ nguồn chính - Vệ sinh, kiểm tra Power board Motor - Vệ sinh, kiểm tra Power board Valve - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch chính Mother board - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Digital board - Vệ sinh, kiểm tra bo mạch Analog board - Căn chỉnh nhiệt độ TSBIC, TSD, TSD-S, TSH, TSE - Căn chỉnh Sensor áp lực dịch PDA - Căn chỉnh Sensor áp lực Degassing PE - Căn chỉnh Sensor áp lực máu PV, PA, PBE - Căn chỉnh Sensor độ dẫn BICLF, ENDLF, ENDLF-S - Căn chỉnh None return valve RVFPE, RVFPA, RVDA - Căn chỉnh Touch screen - Căn chỉnh giá trị Strock value của bơm UF, Bicard, Concentrate - Kiểm tra tổng thể và chạy thử máy	52	Lần	13 máy x 3 tháng/1 lần (04 lần/1 năm)
2	Kiểm tra, khử khuẩn hệ	- Kiểm tra vệ sinh hệ thống - Kiểm tra độ dẫn nước RO	4	Lần	3 tháng/1 lần (04 lần/1 năm)

	thống xử lý nước RO + bảo dưỡng (chỉnh dịch....)	- Kiểm tra rò rỉ hư hỏng máy RO - Căn chỉnh áp lực HT tiền sử lý - Căn chỉnh áp lực RO - Sử lý rò rỉ - Khử khuẩn - Kiểm tra, khử khuẩn hệ thống xử lý nước RO + bảo dưỡng máy (chỉnh dịch...)			
3	Phân tích mẫu nước	Vệ vi sinh và hoá lý nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước chạy thận nhân tạo. Nước sau khi xử lý, các thành phần và mức nồng độ tối đa cho phép phải đạt chuẩn đầu ra tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO; ANSI; AAMI, Bộ Y tế, tiêu chuẩn Châu Âu, Hiệp hội lọc máu, Thận học Quốc Tế)	02	Mẫu	6 tháng/1 lần (02 lần/1 năm)

Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Trung – Thiên Trường – Ninh Bình.

2. Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2027.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử bệnh viện.
- Hệ thống mạng đầu thầu Quốc gia.
- Lưu: VT; VTTBYT.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Ngọc Hà