

Số: 1250/BVND-VTTBYT
Về việc mời báo giá vật tư
can thiệp nội soi tiêu hóa

Ninh Bình, ngày 25 tháng 09 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho dịch vụ mua sắm: Mua vật tư y tế phục vụ phát triển chuyên khoa nội soi và nội soi gây mê của Bệnh viện Đa khoa Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
3. Cách tiếp nhận báo giá:
 - Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống có chức năng này)
 - Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa Nam Định; địa chỉ Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
4. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 giờ 00 phút, ngày 05/10/2025
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế gồm:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	Ngáng miệng	Cái	15	Chất liệu PP/PE. Loại dùng cho người lớn/ trẻ em, có hoặc không có dây đeo. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

2	Kim sinh thiết nóng dùng một lần	Cái	6	Kim sinh thiết nóng đa chức năng giúp loại bỏ các polyp không cuống ở trạng thái kích hoạt dòng điện và được sử dụng như cầm máu, có lớp phủ cách điện; ngàm chất liệu thép không gỉ vết cắt sắc, ít chảy máu; có chức năng tái định vị. Có tay cầm, đường kính ngoài 2.4 mm; chiều dài làm việc các cỡ 1.200mm, 1.600mm, 2.300mm. Đường kính làm việc 2.8 mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
3	Kẹp cầm máu dùng 1 lần, độ mở ngàm 12mm	Cái	1.300	Hemoclip dùng một lần với thiết kế góc mở ngàm lớn, cho phép điều chỉnh đóng mở clip nhiều lần; xoay góc 360 độ, độ mở ngàm 12mm; Chiều dài ngàm 4.6mm; Chiều dài làm việc các cỡ 1.650mm, 1.950mm, 2.300mm; đường kính ống ngoài 2.6mm; độ mở 135°. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
4	Kẹp cầm máu dùng 1 lần, độ mở ngàm 15mm	Cái	85	Hemoclip dùng một lần với thiết kế góc mở ngàm lớn, cho phép điều chỉnh đóng mở clip nhiều lần; xoay góc 360 độ, độ mở ngàm 15mm; chiều dài ngàm 5.6mm; chiều dài làm việc các cỡ 1.650mm, 1.950mm, 2.300mm; đường kính ống ngoài 2.6mm; độ mở 135°. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
5	Kim tiêm cầm máu dùng 1 lần	Cái	25	Vỏ ống ngoài chất liệu PTFE; kim chất liệu thép không gỉ X5CrNi18-9; thiết kế đầu tít kim sắc, có tay cầm cơ thái học điều khiển dịch chuyển kim. ĐK ngoài catheter 2.4 mm; ĐK ngoài kim 21G/ 23G/ 25G, chiều dài kim 4mm/6mm; đường kính trong đầu kim 0.8mm. CD làm việc các cỡ: 2.300mm/2.000mm/ 1.800mm/1.200mm; tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
6	Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản	Cái	10	Bộ đầu thắt tĩnh mạch thực quản bao gồm: 01 tay cầm; 01 ống thông kéo dây; 01 adapter tưới chất liệu polyurethane PU; 01 đầu thắt chất liệu nhựa polycarbonate trong suốt gồm 6 đến 7 vòng thắt chất liệu cao su tự nhiên kèm dây tri-gơ làm từ sợi polyethylene. Đường kính kênh phụ kiện 2.8mm. Đường kính ống soi 8.6mm đến 13mm; chiều dài dây

				thắt 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
7	Đầu thắt tĩnh mạch thực quản dùng 1 lần	Cái	200	Chất liệu cao su tự nhiên, có 6 đến 7 vòng thắt được lắp sẵn, dây tri-gor đôi 0.2mm. Đường kính kênh phụ kiện 2.8mm. Đường kính ống soi 8.6mm đến 13mm; chiều dài dây thắt 150cm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
8	Lọng cắt Polyp ống tiêu hóa	Cái	15	Lọng cắt polyp dùng một lần, xoay 360 độ, dây thép nitinol bền giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với mô, đảm bảo hiệu quả đông máu và cắt an toàn hơn. Tay cầm chất liệu nhựa ABS. Có nhiều hình dạng như dạng hình loop; hình oval/ hình bán nguyệt/ hình lục giác; ĐK ngoài: 1.8mm, 2.4mm; Độ mở vòng loop các cỡ: 10mm, 15mm, 22mm, 25mm, 32mm; Chiều dài vòng loop khi mở các cỡ: 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 39mm, 47mm, 52mm. Chiều dài làm việc các cỡ: 1.600mm, 1.800mm, 2.400mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
9	Lọng cắt Polyp lạnh ống tiêu hóa	Cái	15	Lọng cắt polyp dùng một lần, xoay 360 độ, dây thép nitinol bền giúp gia tăng diện tích tiếp xúc với mô, đảm bảo hiệu quả đông máu và cắt an toàn hơn. Tay cầm chất liệu nhựa ABS. Có nhiều hình dạng như dạng hình loop; hình oval/ hình bán nguyệt/ hình lục giác; đường kính ngoài: 1.8mm, 2.4mm; Độ mở vòng loop các cỡ: 10mm, 15mm, 22mm, 25mm, 32mm; Chiều dài vòng loop khi mở các cỡ: 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 39mm, 47mm, 52mm. Chiều dài làm việc 1.600mm, 1.800mm, 2.400mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
10	Kìm gấp dị vật dùng 1 lần	Cái	4	Dạng ngàm lớn, đầu ngàm hình dạng ngàm cá sấu và cá sấu răng chuột; ĐK ngoài vỏ ống: 1.8 mm, 2.4mm; Độ mở ngàm: 8mm; CD làm việc các cỡ: 600 mm, 1200 mm, 1800mm, 2300mm; ĐK kênh làm việc 2.8mm /

				2.0 mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EU Certificate.
11	Rọ lấy dị vật dùng 1 lần	Cái	10	Rọ lấy sỏi dùng một lần chất liệu thép không gỉ hoặc nitinol, có núm điều chỉnh hỗ trợ kiểm soát và mở rộng rọ. Có các hình dạng rọ: oval, xoắn (spiral), góc (angular). Độ rộng rọ các cỡ: 10mm, 20mm, 30mm; CD rọ các cỡ: 20mm, 40mm, 60mm. Đk ngoài vỏ ống: 1.8mm, 2.4mm. CD làm việc: 1800mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.
12	Clip cầm máu dùng một lần	Cái	30	Kẹp clip sử dụng cùng tay cầm đồng bộ dùng cho thủ thuật cầm máu dạ dày, đại tràng có hai loại: Độ mở góc 90 độ và 135 độ, chiều dài ngàm 5.0mm-5.7mm, tổng chiều dài đầu clip 13.5mm-14.2mm. Độ mở rộng 12mm $\pm$ 1. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.
13	Bộ dụng cụ cắt buộc trĩ (Bộ súng thắt trĩ)	Bộ	1	Súng bắn trĩ dùng để bắn, thắt trĩ bằng vòng cao su đã được áp dụng và thử nghiệm trên các bệnh nhân trĩ nội độ II và một số trĩ nội điểm đơn giản III-IV. - Súng thắt trĩ dạng hút. - Súng được làm bằng Inox. Trọn bộ sản phẩm gồm: 01 súng + 01 đầu tra thun vào (chưa bao gồm thun bắn).
14	Vợt lấy dị vật	Cái	12	Vợt gắp dị vật dùng để gắp dị vật chính xác với thiết kế dạng lưới, chiều dài làm việc 1600/1800/2300 mm, đường kính mở vợt 20/25/30/35/40 mm, đường kính ngoài 2.6 mm
15	Clo Test	Test	1.800	Bộ thuốc thử sinh hóa phát hiện khuẩn <i>Helicobacter pylori</i> từ mẫu sinh thiết dạ dày Thành phần: urea, disodium, hydrogen phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, phenol red, nước, agar Độ nhạy phân tích: 5CFU/phản ứng Thể tích: 150ul

* Yêu cầu giấy tờ, tài liệu kèm theo báo giá:

- Cataloge, chứng chỉ chất lượng ISO 13485 (Nếu là tiếng anh phải được dịch sang tiếng Việt); Sổ lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu; Bảng phân loại thiết bị y tế;
- Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của đơn vị báo giá

Ghi chú: Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá. Biểu mẫu báo giá vận dụng theo Phụ lục đính kèm. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá

2. Địa điểm bàn giao: Bệnh viện Đa khoa Nam Định

3. Thời hạn của báo giá: 90 ngày

4. Bảo hành $\geq$ 06 tháng hoặc theo quy định của nhà sản xuất

5. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia;
- Công TTĐT BVĐK NĐ;
- Lưu: VT; VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Hà

Phụ lục
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo văn bản số 688/BVND-VTTBYT ngày 18/8/2025 của BVĐK Nam Định)

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Đơn vị	Ký, mã hiệu/ model/ hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hàng hóa 1 A. Yêu cầu chung. - Tên thiết bị: - Máy mới 100%, năm sản xuất..... - Tiêu chuẩn chất lượng - Điện áp sử dụng: B. Chỉ tiêu kỹ thuật * Cấu hình cung cấp: - - * Thông số kỹ thuật - -								
2	Hàng hóa 2								
n	...								

* Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày

....tháng....năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Cung cấp hàng hoá phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu kèm theo gồm:

* Đối với hàng hóa nhập khẩu:

+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) do Phòng thương mại Công nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp (Bản gốc hoặc bản sao y bản chính có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của nhà thầu), nếu là nước xuất khẩu phải ghi rõ nước sản xuất;

+ Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc tương đương của nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao y bản chính có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của nhà thầu);

+ Tờ khai hải quan; phiếu đóng gói (Packing list); invoice (Bản gốc hoặc bản sao y bản chính có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của nhà thầu).

* Đối với hàng hóa sản xuất trong nước:

+ Phiếu xuất xưởng (Bản gốc hoặc bản sao y bản chính có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của nhà thầu)

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp**
(Ký, đóng dấu)