

SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH
Số: 1280/BVNĐ-VTTBYT
Về việc yêu cầu báo giá vật tư y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục chuyên khoa Hồi sức tích cực – chống độc

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở tổ chức mua sắm: Mua vật tư y tế dùng trong lọc máu liên tục chuyên khoa Hồi sức tích cực – chống độc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư – Bệnh viện Đa khoa Nam Định – Khu đô thị Mỹ Trung – Thiên Trường – Ninh Bình
3. Cách tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo theo địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa Nam Định – Khu đô thị Mỹ Trung – Thiên Trường – Ninh Bình

4. Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 10 giờ 00 phút ngày 05/04/2026
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 60 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá theo Phụ lục 1 đính kèm.
* Mỗi nhà thầu chỉ tham gia chào 01 báo giá cho toàn bộ danh mục theo Phụ lục 1. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải chịu hoàn toàn trước pháp luật về thông tin báo giá.
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Nam Định.
3. Thời gian thực hiện: Quý II/2026
4. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT BVĐK ND;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Kim Yến

Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo văn bản số: 4280/BVND-VTTBYT ngày 26/03/2026 của Bệnh viện ĐK Nam Định)

STT	Tên hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Thông số kỹ thuật
1	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ	50	Bộ	<p>Bộ Kit tương thích với máyOMNI</p> <p>Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa Citrate/ Heparin - Dây dẫn tĩnh mạch kèm túi chứa ≥ 2lít chất thải dịch môi, - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm, - Dây dẫn dịch thải, - Dây dẫn dịch bù, - Túi dịch thải ≥ 7lít, - Tối thiểu 5 bộ đo áp lực lọc khi bằng áp suất kèm màng lọc 0,2 μm - Màng lọc Omnifilter: + Chất liệu màng lọc: Polyethersulfone + Diện tích màng lọc: 1.6 m² - Đã tiệt trùng <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương</p>
2	Ống thông (Catheter) thận nhân tạo 2 nòng	40	Bộ	<p>Chất liệu Polyurethan, cỡ 12F, đường kính khoảng 4 mm, dài khoảng 20 cm,</p> <p>Lưu lượng: Khoảng 200 - 240 ml/phút, thể tích lòng khoảng 1.4 ml.</p>



				<ul style="list-style-type: none"> - Dây dẫn đường hình chữ J: đường kính khoảng 0.89 mm, dài khoảng: 50 cm. - Ống van: 18 G (khoảng 1.3 mm) - Dao mổ - Dây nối với máy điện tim - Bơm tiêm: Omnifix® 5 ml <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương</p>
3	Túi xả dùng cho máy lọc máu liên tục	40	Cái	<p>Túi xả ≥ 7 lít dùng tương thích với máy OMNI.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương</p>

(Handwritten mark)



