

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp khớp hàng bán phần phục vụ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Nam Định với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Nam Định
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư - Bệnh viện Đa khoa Nam Định; địa chỉ Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
- Cách tiếp nhận báo giá:
 - Cách thứ 1: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên mạng đấu thầu quốc gia (chức năng nhà thầu) tương ứng với yêu cầu báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nếu hệ thống có chức năng này)
 - Cách thứ 2: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi trực tiếp báo giá và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện đa khoa Nam Định; địa chỉ Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình
- Thời hạn kết thúc nhận báo giá: 16 giờ 00 phút, ngày 25/04/2026
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 150 ngày

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa gồm:

Khớp háng bán phần				
1	Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi phủ Hydroxy-apatite toàn bộ, cổ liền bao gồm: Chỏm khớp Bipolar, Chỏm khớp 22/28mm, Chuôi khớp	- Chuôi khớp: Chất liệu hợp kim titan siêu bền hoặc tương đương, phủ hydroxyapatite (HA) phun plasma toàn phần, độ dày lớp phủ 155 μ m. Cổ chuôi thiết kế dẹt nhẵn bóng giúp cải thiện tầm vận động. Chuôi có góc cổ thân $\geq 135^\circ$, ≥ 11 cỡ chuôi, chiều dài bờ trong từ $\geq 94 - \leq 168$ mm, bờ ngoài từ $\geq 115 - \leq 190$. Chiều dài cổ chuôi 38.5mm ($\pm 5\%$) cố định với mọi cỡ chuôi. Ổ cối bán phần: Vỏ đầu chỏm chất liệu CoCr hoặc tương đương, lớp sần lớp lót polyethylene trọng lượng phân tử cao (UHMWPE), có tối thiểu 25 cỡ. Cỡ $\geq 38 - \leq 43$ mm dùng với chỏm 22mm; cỡ $\geq 44 - \leq 62$ mm dùng với chỏm 28mm. Chỏm chất liệu CoCr, Đường kính chỏm: 22mm	Bộ	45

		(-2/S, +0/M và +2/L); 28mm (-5/XS, -3,5/S, +0/M và +3,5/L).. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA		
--	--	---	--	--

Yêu cầu giấy tờ, tài liệu kèm theo báo giá:

- Cataloge, chứng chỉ chất lượng ISO 13485 (Nếu là tiếng anh phải được dịch sang tiếng Việt); Số lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu; Bảng phân loại thiết bị y tế;
- Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế của đơn vị báo giá

Ghi chú: Mỗi đơn vị chỉ tham gia chào 01 báo giá. Biểu mẫu báo giá vận dụng theo Phụ lục đính kèm. Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá

2. Địa điểm bàn giao: Bệnh viện Đa khoa Nam Định

3. Bảo hành: Bảo hành về chất lượng hàng hóa trong suốt thời gian sử dụng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4. Các thông tin khác: Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa kèm theo (nếu có)

Bệnh viện Đa khoa Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản chào hàng (báo giá) tốt nhất của quý Công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên mạng ĐTQG;
- Cổng TTĐT BVĐK NĐ;
- Lưu: VT; VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ.GIÁM ĐỐC**

Hoàng Ngọc Hà